

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 86-66-772, 86-12-137, 860-23-91 fax:86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Znak sprawy: NS/HK/432-153/7159 /11

W.P.I. Żywiec
Żywiec, 21 grudnia 2011 r.

5253
2011-12-24

DECYZJA

Nr. NL

Na podstawie art. 104 k.p.a, art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. . Nr 212, poz. 1263), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r Nr 61, poz. 417 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żywcu ; 34-300 Żywiec ul. Bracka 66 znak; NL/ /2011 z dnia 5.12.2011 r

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
zatwierdza**

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żywcu Analityka Laboratoryjna Wody i Ścieków Żywiec ul. Kopernika 71 w zakresie wskazanych poniżej oznaczeń:

1. mętność
2. chlor wolny
3. odczyn (pH)
4. glin
5. amonowy jon (azot amonowy)
6. azotany
7. azotyny
8. barwa
9. przewodność elektryczna właściwa
10. zapach
11. chlorki
12. siarczany
13. żelazo
14. ogólna liczba kolonii w 22⁰ C
15. ogólna liczba kolonii w 36⁰ C
16. bakterie grupy coli
17. Escherichia coli
18. Enterokoki kałowe
19. Clostridium perfringens

na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.

UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żywcu 34-300 Żywiec ul. Bracka 66 wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych

w „Laboratorium Badania Wody MPWiK w Żywcu” badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do wniosku dołączono;

- zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań,
- wykaz badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych,
- dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości,
- zestawienie wyników i oceny badań biegłości.

Na podstawie analizy powyższych dokumentów stwierdzono, że spełnione zostały warunki do zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium Badania Wody MPWiK w Żywcu w wyżej wymienionym zakresie określone w cytowanych na wstępie przepisach. W procedurze „Oznaczenia z wartości progowej zapachu (TON)” podano, że dla wartości progowych zapachu ≤ 1 zapach będzie akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zostało to potwierdzone opiniami odbiorców wody. Dlatego PPIS w Żywcu orzekł jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu

mgr Małgorzata Bednarczyk

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żywcu ; 34-300 Żywiec Żywiec ul. Bracka 66
2. WSSE w Katowicach ul. Raciborska 39
3. a/a NS/HK

